

ŚWIADECTWO EKSPERTYZY NR PL CB 1/11

TEST CERTIFICATE No. PL CB 1/11



Wydany przez: GŁÓWNY URZĄD MIAR
Issued by: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka Notyfikowana: 1440
Notified Body:

Na podstawie: punktu 8.1 normy europejskiej PN-EN 45501:1999 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych” i poradnika WELMEC 2.1 "Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments)", wydanie 4 z sierpnia 2001 r.
In accordance with: Ułamek błędu granicznego dopuszczalnego wagi p_i określony w oparciu o punkt 3.5.4 ww. normy wynosi 0,5.
paragraph 8.1 of the European Standard EN 45501:1992/AC:1993 „Metrological aspects of non-automatic weighing instruments” and WELMEC 2.1 "Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments)", Issue 4, August 2001 The applied error fraction p_i with reference to paragraph 3.5.4 of this standard is 0,5.

Wnioskodawca: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska
Applicant:

Dotyczy: typoszeregu miernika do wagi, badanego jako część wagi nieautomatycznej
In respect of: *the family of an indicator, tested as a part of non-automatic weighing instrument*

producent: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska
manufacturer:

typ: ME
type:

Charakterystyka: miernik dostosowany jest do współpracy z wagą nieautomatyczną o następującej charakterystyce:
Characteristics: *an indicator is suitable for a non-automatic weighing instrument with the following characteristics:*

| | | | | |
|------|---------------|--|---|-----|
| $n:$ | $\leq 6\ 000$ | Jedno-, dwu- i trzyzakresowe <i>One-, two-, three-range</i> | w klasie: <i>for accuracy class:</i> | II |
| $n:$ | $\leq 3\ 000$ | | | III |

Warunki użytkowania: zgodnie z punktem 6 niniejszego świadectwa ekspertyzy.
Conditions for using: in accordance with paragraph 6 of this test certificate

Dalsze charakterystyki miernika zawarto w załączniku, który jest integralną częścią świadectwa.
Further characteristics of an indicator are provided in the Descriptive Annex, which forms an integral part of the certificate.

Opis i dokumentacja: Opis miernika przedstawiono w załączniku. Dokumenty odnoszące się do tego świadectwa ekspertyzy są przechowywane w Głównym Urzędzie Miar.
Description and documentation: The indicator is described in the Descriptive Annex. Documents appertaining to this test certificate are held by the Central Office of Measures.

Uwagi: Niniejsze świadectwo ekspertyzy nie oznacza certyfikatu zatwierdzenia typu w rozumieniu dyrektywy 2009/23/WE dla wag nieautomatycznych.
Remarks: This test certificate does not have the meaning of a type-approval certificate as mentioned in the directive 2009/23/EC for non-automatic weighing instruments.
Wykaz przeprowadzonych badań podano w dodatku do załącznika. Wyniki badań są pozytywne.
A summary of the tests carried out is provided in the Appendix to the Descriptive Annex. Test results are positive.

Liczba stron: 12
Number of pages:
Numer sprawy: 1732-BMP-4190-3/A41/PR/10
Reference number:



Bpote
Janina Maria Popowska
Prezes

Warszawa, 24.01.2011