# CERTYFIKAT BADAŃ NR PL CB 1

*TEST CERTIFICATE NO PL CB 1*

| | |
|---|---|
| Wydany przez:<br>*Issued by:* | GŁÓWNY URZĄD MIAR<br>ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa |
| Jednostka Notyfikowana<br>*Notified Body:* | 1440 |
| Na podstawie:<br>*In accordance with:* | punktu 8.1 normy europejskiej PN-EN 45501:1999 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych" i poradnika WELMEC 2.1 „Badanie mierników wag nieautomatycznych".<br>Ułamek błędu granicznego dopuszczalnego wagi $p_i$ określony w oparciu o punkt 3.5.4 ww. normy wynosi 0,5.<br>*paragraph 8.1 of the European Standard EN 45501:1992/AC:1993 „Metrological aspects of non-automatic weighing instruments"*<br>*The applied error fraction $p_i$ with reference to paragraph 3.5.4 of this standard is 0,5.* |
| Wnioskodawca:<br>*Applicant:* | AXIS Sp. z o. o., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdańsk<br>Polska |
| Dotyczy:<br>*In respect of:* | modelu miernika do wagi, badanego jako część wagi nieautomatycznej<br>*the model of an indicator, tested as a part of non-automatic weighing instrument*<br>producent: AXIS Sp. z o. o., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdańsk<br>*manufacturer:*<br>typ: SE<br>*type:* |
| Charakterystyka:<br>*Characteristics :* | miernik dostosowany jest do współpracy z wagą nieautomatyczną o następującej charakterystyce:<br>*an indicator is suitable for a non-automatic weighing instrument with the following characteristics:*<br>elektroniczna, jedno- lub wielodziałkowa, wielozakresowa<br>*electronic self-indicating device with single-interval, multi-interval or multi-range indication*<br>*n*: 3 000 klasa: *class:* III<br>Dalsze charakterystyki miernika zawarto w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.<br>*Further characteristics of an indicator are provided in the Descriptive Annex, which forms an integral part of the certificate.* |
| Opis i dokumentacja:<br>*Description and documentation:* | Opis miernika przedstawiono w załączniku. Dokumenty odnoszące się do tego certyfikatu badań są przechowywane w Głównym Urzędzie Miar.<br>*The indicator is described in the Descriptive Annex. Documents appertaining to this test certificate are held by the Central Office of Measures.* |
| Uwagi:<br>*Remarks:* | Niniejszy certyfikat badań nie oznacza certyfikatu zatwierdzenia typu w rozumieniu dyrektywy 90/384/EWG dla wag nieautomatycznych.<br>Wykaz przeprowadzonych badań podano w dodatku do załącznika. Wyniki badań są pozytywne<br>*This test certificate does not have the meaning of a type-approval certificate as mentioned in the directive 90/384/EEC for non-automatic weighing instruments. Test results are positive.*<br>*A summary of the tests carried out is provided in the Appendix to the Descriptive Annex.* |
| Liczba stron:<br>*Number of pages:* | 11 |
| Numer sprawy:<br>*Reference number:* | 303-JC16-04/417-23 |

Warszawa, 30.07.2004

GŁÓWNY URZĄD MIAR * 1 *

Aneta Lato-Żuchowska
*Wicepreze*

Niniejszy certyfikat badań może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.
*This test certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.*